



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EXP. PL URV.N01.04.01 SU 26/20

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es rectifica l'error detectat en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació corresponent al procediment obert per al subministrament d'un espectròmetre de masses (ms) i masses/masses (ms/ms) d'alta resolució acoblat a una font maldi per al servei de recursos científics i tècnics de la URV, a tant alçat, i en l'anunci de licitació publicat al DOUE núm.: 2020/S 202-488061 de data 16 de d'octubre de 2020

D'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 66 del Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, modificat per l'acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012.

RESOLC:

Primer: Rectificar els errors detectats en l'apartat J. *Criteris d'adjudicació* del quadre de característiques i l'Annex VI (Model d'oferta econòmica) del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, que a continuació es detallen:

Apartat J. Criteris d'adjudicació del quadre de característiques

On diu:

AMPLE DE LA FINESTRA MÍNIM D'ADQUISICIÓ DE L'IÓ PRECURSOR EN MS/MS INFERIOR A 0,4 DA

Ample de la finestra mínim d'adquisició de l'ió precursor en MS / MS inferior a 0,4 Da

Si=8p , no=0p

8

Justificació: Amb aquest criteri es pretén obtenir la possibilitat de realitzar experiments de masses en tàndem, amb l'objectiu d'identificar amb fiabilitat metabòlits endògens en base al seu patró de fragmentació. L'ample de finestra inferior a 0,4 Da garanteix que només es fragmenti un compost a la vegada.

Ha de dir:

AMPLE DE LA FINESTRA MÍNIM D'ADQUISICIÓ DE L'IÓ PRECURSOR EN MS/MS IGUAL O INFERIOR A 0,4 DA

Ample de la finestra mínim d'adquisició de l'ió precursor en MS / MS igual o inferior a 0,4 Da

Si=8p , no=0p

8

Justificació: Amb aquest criteri es pretén obtenir la possibilitat de realitzar experiments de masses en tàndem, amb l'objectiu d'identificar amb fiabilitat metabòlits endògens en base al seu patró de fragmentació. L'ample de finestra igual o inferior a 0,4 Da garanteix que només es fragmenti un compost a la vegada.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

On diu:

FONT MALDI AMB POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS POSTERIORIS		
Font MALDI de pressió amb possibilitat de modificacions posteriors per part de l'usuari, com a mínim: canvis en la configuració, intercanvi del làser, afegir làser addicional, treballar a pressió elevada (5-13 mbar)	Si=6p , No=0p	6
Justificació: Amb aquest criteri es pretén obtenir un equip que pugui adaptar-se a futures innovacions en el camp de la recerca, i que pugui suposar noves oportunitats d'obrir línies de recerca en el desenvolupament d'instrumentació per a espectrometria de masses d'imatges, i, per tant, una millora en l'eficiència de les seves prestacions en relació a l'objecte del contracte.		

Ha de dir:

FONT MALDI AMB POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS POSTERIORIS		
Font MALDI amb possibilitat de modificacions posteriors per part de l'usuari, com a mínim: canvis en la configuració, intercanvi del làser, afegir làser addicional, treballar a pressió elevada (5-13 mbar)	Si=6p , No=0p	6
Justificació: Amb aquest criteri es pretén obtenir un equip que pugui adaptar-se a futures innovacions en el camp de la recerca, i que pugui suposar noves oportunitats d'obrir línies de recerca en el desenvolupament d'instrumentació per a espectrometria de masses d'imatges, i, per tant, una millora en l'eficiència de les seves prestacions en relació a l'objecte del contracte.		

Annex VI. Model d'oferta econòmica

On diu:

AMPLE DE LA FINESTRA MÍNIM D'ADQUISICIÓ DE L'IÓ PRECURSOR EN MS/MS INFERIOR A 0,4 DA	És l'ample de la finestra mínim d'adquisició de l'ió precursor en MS / MS inferior a 0,4 Da?	SI ☐ NO ☐
---	--	--

Ha de dir:

AMPLE DE LA FINESTRA MÍNIM D'ADQUISICIÓ DE L'IÓ PRECURSOR EN MS/MS IGUAL O INFERIOR A 0,4 DA	És l'ample de la finestra mínim d'adquisició de l'ió precursor en MS / MS igual o inferior a 0,4 Da?	SI ☐ NO ☐
---	--	--



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

On diu:

FONT MALDI AMB POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS POSTERIORIS	Ofereix el licitador Font MALDI de pressió amb possibilitat de modificacions posteriors per part de l'usuari, com a mínim: canvis en la configuració, intercanvi del làser, afegir làser addicional, treballar a pressió elevada (5-13 mbar)?	SI ☐ NO ☐
---	---	--

Ha de dir:

FONT MALDI AMB POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS POSTERIORIS	Ofereix el licitador Font MALDI amb possibilitat de modificacions posteriors per part de l'usuari, com a mínim: canvis en la configuració, intercanvi del làser, afegir làser addicional, treballar a pressió elevada (5-13 mbar)?	SI ☐ NO ☐
---	--	--

Segon: La present rectificació ajorna la data límit de presentació de proposicions i es fixa per al dia 27 de novembre de 2020 fins a les 23.59 hores.

Tercer: L'apertura de l'Oferta econòmica s'ajorna fins al 15 de desembre de 2020 a les 9:00 hores.

Quart: Publicar aquesta resolució de rectificació en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili i en el diari oficial que correspongui.

Cinquè: Informar que contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap recurs.

Tarragona, octubre de 2020

Maria José Figueras Salvat

Rectora